

รายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. รายการจัดซื้อ ขากรรไกรชนิดปรับได้บางส่วน จำนวน 35 ชุด
2. กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นเครื่องแสดงการสบฟันทำจากโลหะ
2. เป็นชนิด ARCON TYPE, SEMI ADJUSTABLE
3. เป็นแบบ OPEN – WIDW DESIGN มากกว่า 90 องศา
4. สามารถปรับ BENETT ANGLE (PROGRESSIVE SIDE SHIFT) ได้ตั้งแต่ 0-30 องศา
5. สามารถปรับ PROTRUSIVE ANGLE -20 ถึง +60 องศา
6. INCISAL TABLE สามารถปรับมุมได้ตั้งแต่ 0-40 องศา และปรับ LATERAL WINGS ได้ตั้งแต่ 0-45 องศา
7. มี ORBITALE INDICATOR, DUAL INCISAL PIN
8. มี PLASTIC MOUNTING PLATE 10 อัน (5 คู่)
9. สามารถใช้กับ SPRING BOW

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
2. กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน

3. เงื่อนไขการเสนอราคา

เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการหลังการขายบริษัทที่ประสงค์จะทำการเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทผู้ขายเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศอย่างเป็นทางการ (Authorized Representative)
- 3.2 เป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าเครื่องมือและบริการหลังการขายโดยผู้ผลิต
- 3.3 มีผู้ชำนาญการ (ช่างเทคนิค) ที่ได้รับผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ (Officially Trained Engineer)
- 3.4 บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้ง ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

3. สถานที่ติดตั้ง


อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



ประธานกรรมการ

(ทพญ.ศิริรัตน์ ชื่นศิริ)



กรรมการ

(ทพ.สิทธิกร ธีระวงศ์วัฒน์)



กรรมการเลขานุการ

(ทพ.ธีทัต สวนศิลป์พงศ์)